



**PAŃSTWOWY
WETERYNARYJNY**

INSTYTUT

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR

dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
zestawów diagnostycznych*

znak sprawy DZ-2501/411/62/12

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/411/508/12

2012/02/29

Wyjaśnienia nr 3

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1

zestawy Chekit SCF Sero 10 płytkowe nr kat CST1131T wykrywające przeciwciała w kierunku Klasycznego Pomoru Świń . producent wycofuje z produkcji te zestawy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie w/w zestawów przez zestawy Idexx CSFV Ab nr kat 99-43220 również wykrywające przeciwciała w kierunku wirusa Klasycznego pomoru Świń w opakowaniach 5-płytkowych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie SERO na CSFV Ab. Przy czym należy wziąć pod uwagę liczbę planowanych do zbadania próbek. Zestawów CSFV Ab (5 -płytkowe) winno być 2 x więcej niż SERO (10-płytkowe).

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>
sekretariat@piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00