



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy DG-2501/8573/1142/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/8573/1212/11

2011/05/09

Wyjaśnienia nr 4

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Dotyczy zadania 1

Czy zamawiający dopuszcza wirówkę o min. prędkości obrotowej 100/minutę? **NIE**

Czy zamawiający dopuści o maksymalnej prędkości obrotowej 12000/minutę? **NIE**

Dotyczy zadania 4

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o zakresie temp. w przedziale od +4 st C do +100 st C? **TAK**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o częstotliwości mieszania 250-1400 obr/min? **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o prędkości grzania od +25 st C do +100 st C - 5 st C na minutę? **TAK**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o prędkości chłodzenia od +100 st C do +25 st c- 5 st c/min; od +25 st C do 15 st C poniżej temp. otoczenia - 1,8 st C/min **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem z funkcją timera od 1 min do 96godz. oraz pracą ciągłą? **TAK**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o suwie mieszania 2 mm? **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o mocy 60W? **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o wym: 20,5 x 23 x 13 cm? **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o wadze 4 kg? **NIE**

czy zamawiający dopuszcza inkubator z wytrząsaniem bez złącza RS 232? **NIE**