



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych

znak sprawy DG-2501/13498/1468/11

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak:DG-2501/13498/1510/11

2011/07/12

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

ZADANIE 25- proszę o potwierdzenie, że wymagany termometr ma mieć czujnik zewnętrzny. Specyfikacja LB-522T sugeruje czujnik wewnętrzny, co z kolei wyklucza wzorcowanie w punkcie -20 stC.

Odp.: zamawiający koryguje numer katalogowy termometru na LB-522TX . termometr ma mieć czujnik zewnętrzny