



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,
Ogłoszenie w DUUE z dn.14.10.2011
nr ogłoszenia: 2011/S 198-322377
Znak sprawy zamawiającego:DZ-2501/20298/2008/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:DZ-2501/20299/2293/11

2011/11/04

WYJAŚNIENIA nr 2 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1/zadanie nr 2

1. czy zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 1427 l? **Odpowiedź:** tak.
2. czy zamawiający dopuści chłodziarkę z komorą wykonaną ze stali szlachetnej?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.
3. czy zamawiający dopuści chłodziarkę o mocy znamionowej wynoszącej 400 W?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2/ zadanie nr 3

1. czy zamawiający dopuści inkubator z kontrolą CO2 w zakresie 0.2 do 20 %? **Odpowiedź:** tak.
2. czy zamawiający dopuści inkubator z powrotem do zadanego poziomu CO2 po 30-sekundowym otwarciu drzwi, wynoszącym > 0.7 %/min bądź krótszym otwarciu drzwi zamiast zapisu „ powrót do zadanego poziomu CO2 po zamknięciu drzwi : < 3 minuty ”? **Odpowiedź:** tak.
3. czy zamawiający dopuści inkubator z wilgotnością względną wynoszącą 95 % przy 37 stop. C?
Odpowiedź: tak.
4. czy zamawiający dopuści inkubator z grawitacyjnym obiegiem powietrza (jest to rozwiązanie zalecane ze względu na delikatny charakter prób)? **Odpowiedź:** nie.
5. czy zamawiający dopuści inkubator z panelem kontrolnym bez wskaźnika czystości powietrza w komorze? **Odpowiedź:** tak.
6. czy zamawiający dopuści inkubator z panelem kontrolnym bez funkcji testowych i kalibracyjnych sygnalizujący aktualny stan urządzenia? **Odpowiedź:** nie.

