



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej

znak sprawy DG-2501/2679/515/10

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak:DG-2501/2679/611/11

2011/02/21

Informacja o modyfikacji nr 3

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż:

W zadaniu 5 zostaje zmodyfikowane sformułowanie w opisie parametrów zamrażarki niskotemperaturowej

BYŁO- zakres nastawianej temperatury +50 st C do -86 st C

JEST- zakres nastawianej temperatury **-50 st C** do -86 st C