



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

EPIZINE



DYREKTOR

dr hab. Tadeusz Wijaszka
Profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na dostawę materiałów pomocniczych ,
Ogłoszenie w DUUE z dn.26.11.2010
nr ogłoszenia: 2010/S 230-351630
Znak sprawy zamawiającego:DG-2501/22163/1678/10*

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak:DG-2501/22163/719/11

2011/03/04

INFORMACJA nr 11 o wyborze ofert najkorzystniejszych

Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych:

Zadanie nr 362

Wybrano ofertę złożoną przez: Biokom Systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto wybranej oferty- 312.015,25 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród ofert ważnych nieodrzuconych.

Dane wykonawców , którzy złożyli ofertę na zadanie nr 362:

- Biokom Systems Sp.j, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty- 312.015,25 zł.
- Alab Sp. z o.o, ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty- 368.752,77 zł.
- Labart Sp. z o.o , ul. Limbowa 5 , 80-175 Gdańsk . Cena brutto oferty- 245.594,38 zł.
- Witko Sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź . Cena brutto oferty – 440.058,49

Brak ofert odrzuconych.

Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych .

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH w zadaniu nr 362

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcy Labart Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku. Zaoferowane produkty w przedmiotowym zadaniu nie są równoważne w stosunku do wymaganych przez zamawiającego w specyfikacji, chodzi tu przede wszystkim o następujące pozycje:

poz.1,4- zaoferowane butelki nie spełniają wymogów czystości laboratoryjnej, gdyż w czasie zlewania trypsino-wersenu jak i samego płynu wzrostowego na szyjce butelki zostają krople roztworu, które mogą powodować zakażenie hodowli komórkowej. Ponadto, w przypadku butelek z poz.4 w dwóch butelkach na 4 sprawdzone wystąpił efekt toksyczny hodowli komórkowej, który eliminuje tę hodowlę

z użytku, co budzi poważne wątpliwości do używania tych butelek w badaniach ze względu na utratę materiału doświadczalnego.

poz. 1,4,10- ukształtowanie (budowa) szyjki butelki nie zapewnia zachowania sterylności hodowli komórkowej. Podczas manipulacji butelką (wyjmowanie z cieplarki, oglądanie hodowli w różnych pozycjach) dochodzi do podmięknienia płynu hodowlanego pod zakrętką (korek) na gwintowanej powierzchni, a następnie wyciek na zewnątrz (spod zakrętki). Może to stanowić, a wręcz nawet grozić występującym zakażeniem bakteryjnym hodowli komórek lub też wydostaniem się w sposób niekontrolowany na zewnątrz różnych, w tym patogennych dla człowieka, np. wirusa grypy, niebezpiecznych wirusów.

Z uwagi na powyższe oferta podlega odrzuceniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych