



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych*

*znak sprawy DG-2501/10909/1308/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/10909/1333/11

**2011/06/03**

**Wyjaśnienia nr 1**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp ze strony wykonawców wpłynęły zapytania odnośnie treści SIWZ

1. Czy Zamawiający uznaje za równoważną kolumnę AMT HALO C18, 2,1x150mm, 2.7um, posiadającą złożę wykonane w technologii powierzchniowo porowatej krzemionki, o następujących parametrach:

- ultraczysta krzemionka typu "B"
- twarde jądro o średnicy 1.7mikrometra, warstwa porowata o szerokości 0.5mikrometra
- powierzchnia czynna 150g/m<sup>2</sup> - parametr kluczowy dla wysokiej pojemności kolumny, zapobiegający jej przeładowaniu
- wielkość porów 90A
- faza C18, pokrycie 3.5 mikromola/m<sup>2</sup>

Kolumny AMT Halo są produktami o uznanej na świecie renomie, wprowadzonymi na rynek w 2006 roku.

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ o pozostawia pozycję bez zmian. Wykonawca ma prawo zaoferować produkt równoważny. Istnieje obowiązek potwierdzenia równoważności.