



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych
znak sprawy DG-2501/9181/1186/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/9181/1246/11

2011/05/16

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Dotyczy Zadania 13, pozycja 1

Czy Zamawiający uznaje za równoważną kolumnę AMT HALO C18, 150x4,6mm, 2.7um, posiadającą złożę wykonane w technologii powierzchniowo porowatej krzemionki, o następujących parametrach:

- ultraczysta krzemionka typu "B"
- twarde jądro o średnicy 1.7mikrometra, warstwa porowata o szerokości 0.5mikrometra
- powierzchnia czynna 150g/m² - parametr kluczowy dla wysokiej pojemności kolumny, zapobiegający jej przeładowaniu
- wielkość porów 90A
- faza C18, pokrycie 3.5 mikromola/m²

Odpowiedź: nie