



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania przetargowego  
na dostawę aparatury laboratoryjnej  
znak sprawy DG-2501/3359/603/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/3359/1019/11

2011/04/04

**WYJAŚNIENIA NR 3**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej.

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Część 1 – komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o pionowym, laminarnym przepływie powietrza z recyrkulacją w stosunku 68:32? **Odpowiedź:** nie
2. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości zewnętrznej 1400 mm? **Odpowiedź:** nie
3. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości zewnętrznej z podstawą 2111 mm? **Odpowiedź:** nie
4. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości blatu roboczego 1270 mm? **Odpowiedź:** nie

**Część 8 – mikroskop fluorescencyjny – 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza złącze FireWire/IEEE1394 o szybkości transferu do 400, 800, 1600 lub 3200 Mbps? **Odpowiedź:** nie
2. Czy Zamawiający dopuszcza kamerę o odświeżaniu obrazu 16kl/s? **Odpowiedź:** nie
3. Czy Zamawiający dopuszcza kamerę o odświeżaniu obrazu 6kl/s przy rozdzielczości 2592x1944? **Odpowiedź:** nie
4. Czy Zamawiający dopuszcza kamerę z systemem Peltiera chłodzącym o 10°C poniżej temperatury otoczenia? **Odpowiedź:** nie

Kierownik Sekcji Zakupów

*mgr Agata Wawer*