



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy DG-2501/4268/796/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak:DG-2501/4268/887/11

2011/03/15

Wyjaśnienia nr 4

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Zadanie 3:

- Czy zamawiający dopuści zamrażarkę skrzyniową o następujących parametrach:
 - Z wnętrzem z blachy aluminiowej zamiast ze stali nierdzewnej- NIE
 - Bez blokady klawiatury wyświetlacza- NIE
 - O pojemności 130l- NIE
 - Z zakresem temperatury od -60 st C do -85 st C- NIE
 - O głębokości 730mm- NIE

Jednocześnie informuję się o zmianie terminu
składania ofert na 17.03.2011 godz. 10:00
otwarcie ofert na 17.03.2011 godz. 10:30