



**PAŃSTWOWY
WETERYNARYJNY**

INSTYTUT

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR

dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.*

znak sprawy DG-2501/20157/2161/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/20157/2231/11

2011/10/24

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1

zad 37- osocze królicze czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika o składzie:

chlerek sodu CAS 7647-14-5)...4,5g, plazma królicza EDTA500,00 ml, woda demineralizowana (CAS 7732-18-5)...500,00 ml do jakościowego wykrywania koagulazy u gronkowców? **Nie wyraża zgody**

Pytanie 2-

Zadanie 7

Wkłady do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej do pojemników 2,5 l (CO2Gen), op. 10 saszetek (nr katalogowy: CD0025A) czy w zamawiający wymaga produktu CO2Gen do wytwarzania atmosfery bogatej w dwutlenek węgla w słoju (papierowe saszetki zawierają kwas askorbinowy, który reaguje w kontakcie z powietrzem, wytwarzając około 6%CO2, końcowe stężenie tlenu wynosi 15%) o kodzie CD0025A, czy może saszetek CampyGen. które tworzą warunki mikroaerofilne w słoju dla wzrostu campylobacter spp. i innych bakterii mikroaerofilnych (powodują obniżenie zawartości tlenu do odpowiedniego poziomu i wzrost zawartości CO2 w powietrzu) o kodzie CN 0025a? **zamawiający ma na myśli CO2Gen do wytwarzania atmosfery bogatej w dwutlenek węgla w słoju (papierowe saszetki zawierają kwas askorbinowy, który reaguje w kontakcie z powietrzem, wytwarzając około 6%CO2, końcowe stężenie tlenu wynosi 15%) o kodzie CD0025A.**

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>
sekretariat@piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00

Pytanie 3-

Zadanie 17

czy zamawiający wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego okresu umowy przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników do świadczenia takiego serwisu na terenie Polski?. **Nie wymaga**

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do projektu umowy zapisu: Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian. **Nie wyraża zgody. Umowa dotyczy dostawy jednorazowej. Zamówienie zostanie wysłane do zamawiającego w roku 2011, dostawa też powinna być zrealizowana przez Wykonawcę w roku bieżącym.**

Pytanie 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynników z zadania 24 z terminem ważności wynoszącym 2/3 terminu maksymalnego udzielonego przez producenta?.**Zamawiający wyraża zgodę na 2/3 maksymalnego terminu ważności udzielonego przez producenta dla odczynników :**

Anode Buffer Container (4 pack), 3500 Series (nr katalogowy: 4393927)

Cathode Buffer Container (4 pack), 3500 Series (nr katalogowy: 4408256)

Conditioning Reagent, 3500 Series (nr katalogowy: 4393718)

MicroAmp Fast Reaction Tubes (8 Tubes/Strip) (nr katalogowy: 4358293)

Dla odczynnika CAP ARRAY 8-CAP 50CM, 3500 Series (nr katalogowy: 4404685) Zamawiający wymaga maksymalnego terminu ważności udzielonego przez producenta.