



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy DG-2501/19400/184111*

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DG-2501/19400/2275/11 **2011/10/27**

WYJAŚNIENIA NR 3

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej.

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytania do Części 2 –poz.1 Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem, rotor – 1 szt. :

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie obrotów 200-15000 rpm (=2 1380 g)? **Odpowiedź:** nie
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o termostatawaniu w zakresie od -20 do +40°C? **Odpowiedź:** nie
3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę na próbówki PCR: 36 x 0,2 ml, 15000 rpm = 21380 x g? **Odpowiedź:** nie
4. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem na 24 x 1,5/2,0 ml próbówki, z maksymalnymi obrotami 15000 rpm = 21380 x g? **Odpowiedź:** nie
5. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach: 33,8 x 58 x 32,4 cm? **Odpowiedź:** nie
6. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem 24 x 1,5/2,0 ml, 15000 rpm = 21380 x g? **Odpowiedź:** nie

poz.2 Mikrowirówka laboratoryjna z wyposażeniem – 1 zestaw:

1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnej prędkości obrotowej: 15000 rpm? **Odpowiedź:** tak
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o względnym przyspieszeniu odśrodkowym (WPO): 15100 x g? **Odpowiedź:** tak
3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę programowaną w zakresie od 30 sek. do 99 min. wyłącznik czasowy oraz praca ciągła? **Odpowiedź:** nie

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

Pytania do Części 9 –wyrząsarka orbitalna 1 szt. :

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrząsarki o zakresie prędkości obrotów 50-300 obr/min.; średnicy ruchu 13 mm; wymiarach: 276 x 334 x 130 mm; wadze: 8 kg i zasilaniu 220 V/50 Hz? **Odpowiedź:** nie
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyrząsarki o zakresie prędkości obrotów 0-200 obr/min.; wymiarach: 260 x 310 x 130 mm; wadze: 7 kg i zasilaniu 220 V/50 Hz? **Odpowiedź:** nie