



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,  
Ogłoszenie w DUUE z dn.06.10.2011  
nr ogłoszenia: 2011/S 192-313040  
Znak sprawy zamawiającego:DZ-2501/19759/1983/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:      Nasz znak:DZ-2501/19757/2238/11

**2011/10/25**

**WYJAŚNIENIA nr 4 do siwz**

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr1/zadanie nr 1**

- Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 730 l? **Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający może sprecyzować czy w punkcie pierwszym Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącym części 1- zamrażarka niskotemperaturowa -85°C- szt. 3, wymaga zaoferowania urządzenia zaklasyfikowanego jako wyrób medyczny i dla potwierdzenia tej klasyfikacji


Wykonawca winien dołączyć stosowne dokumenty, tj. Deklaracja Zgodności z dyrektywami:

93/42/EEC i 2007/47/EC ? **Odpowiedź:** W zadaniu nr 1 zamawiający dopuszcza dwojaka możliwość, tj. :

Zaoferowanie urządzenia rozumianego jako urządzenie medyczne lub urządzenia laboratoryjne, w przypadku złożenia oferty na urządzenia medyczne, należy załączyć do oferty dokumenty świadczące o klasyfikacji urządzenia jako wyrób medyczny.

**Pytanie nr 2/zadanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 615 l? **Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza.



**PAŃSTWOWY INSTYTUT  
WETERYNARYJNY**

**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57

tel. (0-81)

889 30 00

24-100 Puławy

fax (0-81)

886 25 95

<http://www.piwet.pulawy.pl>

---