



**PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY**  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,  
Ogłoszenie w DUUE z dn.06.10.2011  
nr ogłoszenia: 2011/S 192-313040  
Znak sprawy zamawiającego: DZ-2501/19759/1983/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/19759/2262/11

2011/10/26

**WYJAŚNIENIA nr 5 do siwz**

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1/Dotyczy części 1- zamrażarka niskotemperaturowa -85°C- szt.3**

1. Czy Zamawiający wymaga zastosowania w urządzeniu dwóch, niezależnych, równoległych kompresorów (nie kaskadowy układ mrożenia), gdzie w przypadku awarii jednego z nich, drugi kompresor będzie w stanie utrzymać temperaturę wewnątrz zamrażarki na poziomie -70 st. C przez nieograniczony czas, aż do momentu wymiany uszkodzonego kompresora? Takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo przechowywanego materiału biologicznego, jak również pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej nawet o 15% względem zamrażarek z klasycznym układem mrożenia. **Odpowiedź:** tak.

2. Bardzo prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga jednego stelaża z kompletem pudełek, czy kompletu stelaży i pudełek całościowo wypełniających wnętrze zamrażarki. Zaoferowanie potencjalnym wykonawcom możliwości wyboru pomiędzy tymi rozwiązaniami, przy kryterium 100% cena, tworzy sytuację paradoksalną, w której każdy wykonawca zastosuje opcję możliwie najtańszą-czyli zgodnie z zapisem w tabeli minimalnych wymagań, jeden stelaż z najprawdopodobniej dwoma pudełkami. **Odpowiedź:** zamawiający wymaga kompletu stelaży i pudełek całościowo wypełniających wnętrze zamrażarki.

