



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na usługę przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur
w urządzeniach chłodniczych
znak sprawy: DG-25019333/1200/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/9333/1765/11

2011/08/25

WYJAŚNIENIA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na usługę przeglądu i pomiaru rozkładu temperatur w urządzeniach chłodniczych.

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

Treść pytania:

1. Proszę o podanie dokładnych informacji na temat producenta i modelu/typu poszczególnych zamrażarek (pozycje od 1 do 4)? **Odpowiedź:**

AP/166 - producent: Jouan
typ,model: DEEP FREZER VXE380

AP/168 - producent: Angelantoni
typ,model: KRYOS500SH

AP/303 - producent: New Brunswick Scientisic CO,INC
typ,model: U410 - 86

2. Czy zamawiający zgodzi się na podzielenie zadania 2 na niezależne grupy wg poszczególnych producentów zamrażarek? **Odpowiedź:** nie wyraża zgody
3. Czy zamawiający zgodzi się na przekazanie świadectw wzorcowania przyrządów, którymi będą wykonane pomiary w dniu wykonania świadczeń serwisowych w miejsce ich załączenie do oferty przetargowej? **Odpowiedź:** nie wyraża zgody