



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę gazów czystych i technicznych,
znak sprawy DG-2501/17116/1767/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/17116/1823/11

2011/09/06

WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz na dostawę gazów czystych i technicznych

Informujemy, iż postępowaniu na dostawę gazów czystych i technicznych wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie specyfikacji z poziomem zanieczyszczeń na tlen N 6. **Odpowiedź:** W zależności od pomieszczeń, tlen charakteryzuje się następującymi częstościami : pomieszczenie 0-266- tlen co najmniej klasy medycznej; pomieszczenie 1-017, 1-018, 1-019- tlen 4,0 o czystości co najmniej 99,99, dotychczas zamawiany był tlen 5,5, tj. 99,9995.