



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

Uczestnicy postępowania na świadczenie usługi przeglądu chromatografów, wirówek, pomiaru rozkładu temperatur w łaźniach wodnych, chłodziarko-zamrażarkach oraz wzorcowania wag, znak sprawy DG-2501/19386/1937/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:DG-2501/19386/1982/11

2011/09/29

WYJAŚNIENIA nr 1 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż postępowaniu na świadczenie usługi przeglądu chromatografów, wirówek, pomiaru rozkładu temperatur w łaźniach wodnych, chłodziarko-zamrażarkach oraz wzorcowania wag wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1/zadanie nr 6

W tabeli jest błąd, w parametrach technicznych jest planowana data wykonania czynności metrologicznej. Wobec powyższego jakie parametry wag i ilości pkt. pomiarowych należy przyjąć do skalkulowania ceny? Gdzie umieścić koszt jednorazowego dojazdu laboratorium na wzorcowanie. Czy w kalkulować w cenę za wzorcowanie wagi?

Odpowiedź: Waga PP/274/W - max-4000g, min - 0,5g; punkty: 5g; 30g; 150g ; Waga PP/236/W - max - 200g; min - 0,5g; zakres pom: 0,5g; 1g; 10g. Zmodyfikowany zostaje także załącznik nr 1-formularz cenowy, który uwzględnia koszty dojazdu do Instytutu (patrz zał. nr 1).