



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,
znak sprawy DG-2501/19286/1934/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DG-2501/19286/1989/11

2011/10/03

WYJAŚNIENIA nr 2 do siwz

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż w postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1/zadanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wysokiej klasy niemieckie termocyklery o parametrach znacznie przewyższających wymagania zamawiającego podane w siwz, w tym większa prędkość grzania i chłodzenia, lepsza homogenność, blok srebrny pokryty złotem, 2-letnia gwarancja z nowoczesnym algorytmem nie wymagającym podawania objętości reakcyjnej do kalkulacji oraz z portami RS232 do kopiowania programów między termocyklery oraz do aktualizacji oprogramowania zamiast portu RS485, który praktycznie nie występuje w komputerach? **Odpowiedź:** zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2/zadanie nr 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie czy łącznie ultradźwiękowe w obu zadaniach winny być wyposażone w kosz oraz pokrywę ze stali nierdzewnej? **Odpowiedź:** tak.