



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej,
znak sprawy DG-2501/17611/1793/11*

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DG-2501/17792/1842/11

2011/09/09

WYJAŚNIENIA nr 2 do siwz na dostawę aparatury laboratoryjnej

Informujemy, iż postępowaniu na dostawę aparatury laboratoryjnej wpłynęły zapytania ze strony wykonawców. Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

1. Dot. Parametrów z załącznika 2, pakiet 3. Zamawiający wymaga dostępności części do aparatu przez co najmniej 10 lat. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, do którego części zamienne są dostępne przez okres 5 lat od daty wycofania instrumentu ze sprzedaży? Takie warunki są z góry narzucone przez producenta. **Odpowiedź:** zamawiający wyraża zgodę.
2. Dot. Parametrów z załącznika 2, pakiet 3. Zamawiający wymaga instalacji oraz przeszkolenia z obsługi aparatu. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż jest to aparat prosty, nie wymagający instalacji, Zamawiający zgodzi się odstąpić od obowiązku instalacji instrumentu oraz szkolenia pracowników z zakresu obsługi? **Odpowiedź:** zamawiający wyraża zgodę.
3. Dot. Parametrów z załącznika 2, pakiet 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 21 dni? **Odpowiedź:** zamawiający wyraża zgodę.

