



DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych*

znak sprawy DZ-2501/2135/341/12

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/2135/453/12

2012/02/16

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie następującego zapisu do umowy „Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu odczynniki o najdłuższych dostępnych terminach gwarancji . Wykonawca gwarantuje dostawę odczynników z **co najmniej 6-miesięcznym okresem ważności**, a w przypadku gdy producent udziela krótszego niż 6- miesięcznego terminu ważności, wykonawca gwarantuje dostawę odczynników z terminem ważności stanowiącym **co najmniej 80% maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta**.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego każdorazowe informowanie Zamawiającego o terminach gwarancji odczynników dostępnych w magazynie Wykonawcy. Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczenia Zamawiającemu

odczynników o najdłuższych terminach gwarancji. Wykonawca gwarantuje minimalny okres gwarancji 6 miesięcy licząc od daty dostawy. W przypadku gdy producent udziela krótszego niż 6 miesięcznego, terminu ważności odczynnika, w mocy pozostaje pierwotny zapis w projekcie umowy, tj. wymagane jest dostarczanie odczynników z okresem ważności stanowiącym co najmniej 80% maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta

2. Czy zamawiający wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego okresu ważności dostarczonych odczynników przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników do świadczenia takiego serwisu na terenie Polski? **Odp. NIE**
3. Czy zamawiający dopuszcza wzorce o pojemności 10 ml, lub 500 ml zamiast 125 ml? **Odp. NIE**
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wymaganego terminu ważności wzorców do 75% daty ważności gwarantowanej przez producenta? **Odp. NIE**
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy wzorców do 6 tygodni? **odp. NIE**
6. Wykonawca prosi zamawiającego o doprecyzowanie nominałów odważników kalibracyjnych oraz laboratoryjnych.
Odp.
Odważnik kalibracyjny OIML-Klasa F1 nr kat N161.1 szt. 1, masa 2000 g z certyfikatem kalibracji
Odważnik kalibracyjny OIML-Klasa E2 nr kat. Y116.1 szt. 1, masa 50g z certyfikatem kalibracji
Odważnik kalibracyjny OIML-Klasa F1 nr kat. N159.1 szt. 1 masa 500 g z certyfikatem kalibracji
Odważnik kalibracyjny OIML-Klasa E2 nr kat Y120.1, szt. 1 masa 200g, z certyfikatem kalibracji