



**PAŃSTWOWY  
WETERYNARYJNY**

**INSTYTUT**

**- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**



**DYREKTOR**

**dr Krzysztof Niemczuk**

*Uczestnicy postępowania*  
o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi przeglądu i pomiaru rozkładu temperatury w termocyklarach, blokach grzejnych, łaźniach wodnych, piecach, pomiaru temperatury w urządzeniach chłodniczych, pomiaru rozkładu temperatury wilgotności stężenia CO<sup>2</sup> w cieplarkach, inkubatorach, suszarkach

znak sprawy DZ-2501/5130/762/12

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/5130/864/12

**2012/02/16**

## Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W SIWZ pkt. 5b oraz 5c mówią o autoryzacji producenta urządzeń oraz certyfikatów producenta. Czy jest to warunek konieczny? Niektóre urządzenia są produkcji firm, które już nie istnieją. Poza tym kompetencje dla laboratoriów akredytowanych są potwierdzone przez sam fakt posiadania przez nie akredytacji na daną metodę, a nie przez producenta urządzeń, które często nie posiadają akredytacji. Laboratoria akredytowane wydają Świadectwa wzorcowania, a nie świadectwa sprawdzenia.- odp. **Dla podmiotów posiadających akredytację PCA nie jest to warunek konieczny**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>  
[sekretariat@piwet.pulawy.pl](mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl)

tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00

