



o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi przeglądu i konserwacji sterylizatorów

znak sprawy DZ-2501/5527/833/12

Wasze pismo z dnia:

Znak: Nasz znak: DZ-2501/5527/1040/12

2012/03/29

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 1 dotyczącym zakresu czynności serwisowych przeglądowych i konserwacyjnych sterylizatorów parowych jest mowa o harmonogramie wykonywania tych czynności wg załącznika nr 1a. W załączniku nr 1a nie ma pozycji dotyczących terminów czy częstotliwości tych czynności w odniesieniu do sterylizatorów parowych-

1	5	Autoklaw, ASVE/AD/S, prod SMS	LDS/AP/001/S	2012.12	Puławy
2	004A	Autoklaw, AS 446 WA, prod. SMS	LDS/AP/002/S	2012.12	Puławy
3	E-parter 0243	autoklaw AS 666 SMS Warszawa	PP/AP/003/S	01.2012	Puławy
4	E-parter 0243	autoklaw AS 666 SMS Warszawa	PP/AP/005/S	01.2012	Puławy
5	036	Autoklaw Producent: Spółdzielnia Pracy Mechaników Wa- wa Służewiec Przemysłowy Model: SMS Typ	1531	2012.05	Bydgoszcz

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>
sekretariat@piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00

		A6			
--	--	----	--	--	--

Odp. Terminy zgodnie z zamieszczonym powyżej harmonogramem- 1 raz do roku.

Pytanie nr 2

W punktach 1, 2, 3 załącznika nr 1 piszecie państwo o wymianie taśm barwiących urządzeń rejestrujących (drukarek parametrycznych, których zszycie uzależnione jest od stopnia eksploatacji i długości realizowanych cykli sterylizacyjnych, a zatem nie sposób przewidzieć co jaki czas taśmę barwiącą należy wymienić. Ten sam problem dotyczy uszczelek drzwi czy pokryw w sterylizatorach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarta jest alternatywa a w razie potrzeby wymienić, to czy oferta powinna zawierać sumaryczną cenę wraz z kosztami materiałów, czy jedynie koszty robocizny i dojazdów? Odp. **Oferta powinna zawierać koszt dojazdu i robocizny, ponieważ zamawiający załącza załącznik nr 1b do uzupełnienia przez wykonawcę- Wykaz części podlegających wymianie w ramach przeglądu sterylizatorów.**

Pytanie nr 3

Filtry sterylne powietrza wymienia się rutynowo w określonym DTR trybie eksploatacji. Jak należy rozumieć zapis dotyczący ich wymiany w porozumieniu z upoważnionym pracownikiem zamawiającego? Odp. **Wykonawca zostanie powiadomiony o konieczności wymiany filtrów przez zamawiającego. Zamawiający wystąpi z zapytaniem ofertowym o koszt wymiany filtra. Oferta będzie przekazana do Dyrekcji w celu akceptacji ceny filtra oraz jego wymiany.**

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie jaki tok postępowania należy przyjąć w przypadku, gdy w trakcie przystąpienia do przeglądu czy konserwacji okaże się że urządzenie jest niesprawne i wymaga naprawy z wymianą podzespołów. Odp. **W takim przypadku zamawiający występuje z prośbą o ekspertyzę w celu ustalenia kosztu naprawy. Po otrzymaniu oferty cenowej na naprawę i wymianę podzespołów sprawa przekazywana jest do Dyrekcji PIWet-PIB w celu akceptacji ceny.**

