



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

## PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. (0-81) 889 30 00  
fax (0-81) 886 25 95

*Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury laboratoryjnej*

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/5258/961/12

**2012/03/23**

### Wyjaśnienia nr 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

#### **Zadanie nr 2 – Inkubator CO2 wraz z wyposażeniem dodatkowym (...)**

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych: 679 x 1058 x 691 mm oraz wewnętrznych: 540 x 724 x 509 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterylizacją 145°C w cyklu suchym i/lub 95°C w cyklu mokrym ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator o zakresie temperatury od +5 do +55°C

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

4. Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu na terenie kraju do tego urządzenia i czy wymaga dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania

#### **Zadanie nr 6 – Inkubator do hodowli komórkowych z dopływem CO2**

1. Czy Zamawiający dopuści inkubator o masie 94 kg ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

2. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wyświetlaczem LED ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

3. Czy Zamawiający dopuści inkubator o mocy 545W ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie