

**Opis ogólny wymagań zamawiającego dot.
usługi**

- Wyczyszczenie i dezynfekcja komory w strefie roboczej .
- Przegląd techniczny komory .
- Pomiar integralności i szczelności mocowania filtrów .
- Pomiar prędkości przepływającego powietrza .
- Określenie laminarności strugi powietrza
- Pomiar ilości cząstek .
- Określenie równoległości strugi powietrza (wizualizacja)
- Dokumentacja powykonawcza , wydanie dokumentów potwierdzających dokonania przeglądu i pomiarów ,wraz z certyfikatami urzędzeń użytych w przeglądzie.

Wykonawca musi posiadać akredytację PCA zgodnie z norma 17025, w której zakres wchodzi wykonanie ww. czynności.