



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych

znak sprawy DZ-2501/15711/1981/12

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/15711/2070/12

2012/08/10

Wyjaśnienia nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Zadanie 31

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po 1000 szt.? odp. **TAK**

Zadanie 13

2. do zadania 13 poz. 3 - kabel czujnika TL-2 można stosować w zakresie -40 do + 80st C w związku z tym musi być dobrany inny czujnik specjalny na zakres -100 do +200stC ze standardową długością kabla 1,5m - czy jest to akceptowalne? **Odp. TAK**

3. zad 13 nie zostały w wymaganiach podane wymiary czujnika, zostaną więc zastosowane standardowe właściwe dla danego kabla tj. śr ok. 6mm, dł. 100mm – **jeden z użytkowników potrzebuje 200 mm długości?**

4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy umożliwiającego każdorazowe informowanie zamawiającego o terminach gwarancji odczynników dostępnych na magazynie Wykonawcy. Wykonawca będzie miała obowiązek dostarczenia zamawiającemu odczynników o najdłuższych terminach gwarancji. Wykonawca gwarantuje min. okres gwarancji 6 m-cy licząc od daty dostawy. W przypadku gdy producent udziela krótszego niż 6-miesięcznego terminu ważności odczynnika Wykonawca dostarczy odczynniki z okresem ważności stanowiącym co najmniej 80% maksymalnego okresu ważności udzielanego przez producenta. **ODP: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis.**

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

5. Umowa stanowiąca załącznik nr 5b do SIWZ §2 ust. 1 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie zdania „ Zamówienie zostanie złożone do dnia.....2012. ODP. NIE. Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie zdania :Zamówienie zostanie złożone w przeciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.
6. Dotyczy załącznika nr 3- w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację załącznika zgodnie z aktualną nowelizacją? ODP. TAK
7. Termin wykonania zadania jest podany 21 dni od zamówienia podczas gdy wykonanie termometrów z czujnikami specjalnymi i niestandardowym wzorcowaniem wymaga 28 dni - czy jest to akceptowalne? ODP. Zamawiający wyraża zgodę na dłuższy termin wykonania zamówienia w przypadku zadania 13 tj. 28 dni
8. W projekcie umowy jest odwołanie do załącznika nr 1 do SIWZ podczas, gdy zadanie 13 jest wskazane w załączniku nr 2 do SIWZ- czy nie jest to nieporozumienie? ODP: nie jest to nieporozumienie, ponieważ ilości i rodzaj zamawianych odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych są wskazywane w załączniku nr 1- formularzu cenowym. Załącznik nr 2 stanowi formularz oferty, w której Wykonawca wpisuje zadania i ich wartości w których partycypuje.