



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr Krzysztof Niemczuk

*Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
znak sprawy: DZ-2501/24462/2676/12*

Wasze pismo z dnia: **Znak:** **Nasz znak:** **Data:**
 DZ-2501/24462/2737/12 2012/11/30

WYJAŚNIENIA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 PZP wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

1) Dotyczy zad. 63

a) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektronicznego minutnika/stopera z wyświetlaczem LCD, odliczaniem czasu do przodu i wstecz od 99 min 59sek, klawiatura z cyframi od 0-9, alarm, wyświetlaczem czasu, przyciskiem reset i podpórką w kolorze czarnym?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lejków o wymiarach: średnica 100mm, dł. nóżki 108mm, średnica nóżki 10mm?

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający nie zgadza się na ww. produkt ze względu na zbyt duże różnice techniczne.

2) Dotyczy zadania 74

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termometrów o zakresie od -50...+200 st.C?

Czy Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu realizacji do ok. 6 tygodni?

Proszę o informacje w ilu i jakich punktach termometr ma zostać wywzorcowany

ODPOWIEDŹ: TAK. Zamawiający zgadza się na termometr o ww. parametrach oraz na przedłużenie terminu realizacji zadania do ok. 6 tygodni. Ponadto Zamawiający wymaga wzorcowania w jednym punkcie: +40 st. C.