

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DZ-2501/24840/2951/12 Data: 19/12/2012

Wyjaśnienia nr 1
Dot. przetargu
Dostawa aparatury laboratoryjnej do PIWet-PIB Puławy.
DZ-2501/24840/2713/12

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1 – dot. zad. 1

Czy Zamawiający dopuszcza inkubator z grawitacyjnym obiegiem powietrza, o pojemności 115 litrów, o zakresie temperatury od 5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do +70 st. C, wyposażoną w drzwi pełne zewnętrzne i dodatkowe drzwi szklane wewnętrzne w celu umożliwienia podglądu wsadu bez otwierania drzwi komory i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego ?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie