

*Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW
POMOCNICZYCH I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH.*

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DZ-2501/10690/1480/13 Data: 28/05/2013

Wyjaśnienia nr 1 Dot. przetargu DZ-2501/10690/1421/13

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Pytanie 1 – Dot. pakietu nr 17. poz. 3

Z uwagi na fakt, że producent zastąpił pipetę jednokanałową 200-1000ul pipetą o szerszym zakresie 100-1000ul, czy można zaoferować pipetę jednokanałową w zakresie 100-1000ul o nr kat. 4500120?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2 - Dot. pakietu nr 19 pozycja 1

Zamawiający wymaga szalek o średnicy 140 mm, aseptycznych. Numer katalogowy BH90B-03 wskazuje na aseptyczne szlaki o średnicy 90 mm bez żeber wentylacyjnych. Proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie szalek aseptycznych o średnicy 140 mm z żebrami wentylacyjnymi (nr kat. BP143-01).

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zakupu ww. szalek. Zamawiający dokonuje modyfikacji pakietu 19

Modyfikacja nr 1
Dot. przetargu DZ-2501/10690/1421/13

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający usuwa pozycję 1 z pakietu 19

Zmodyfikowany pakiet 19

		Jm.	Ilość
	Zadanie 19 Materiały pomocnicze wg kat Pol Plastic lub równoważne		
1	Płytki Petriego okrągłe o śred. 90mm, wys. 16,2mm, 600szt, certyfikat jałowości (nr katalogowy: BH90B-04)	op.	34