PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/10302/1394/13

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		DZ-2501/10302/1418/13	2013/05/20

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Dotyczy zadania nr 2:

1. Czy Zamawiający w głowicy nadmuchującej wymaga 48 igieł z indywidualną regulacją przepływu?
ODPOWIEDŹ: NIE.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 12 indywidualnie regulowanymi igłami?
ODPOWIEDŹ: NIE.

3. Czy Zamawiający dopuści równoważny system do zagęszczania w strumieniu azotu z termoblokiem na 27 pozycji, posiadający zamiast adaptera na pipety Pasteura dodatkowe igły teflonowe?
ODPOWIEDŹ: NIE.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl