



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/10302/1394/13*

Wasze pismo z dnia: **Znak:** **Nasz znak:** **Data:**
DZ-2501/10302/1442/13 2013/05/22

WYJAŚNIENIA NR 2

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Dotyczy zadania nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o długości igieł 127 mm?

ODPOWIEDŹ: TAK.

2. Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający rozumie sformułowanie "wymagany manometr", czy wystarczający będzie reduktor butłowy dwustopniowy z manometrem, z niezbędnymi przewodami do uruchomienia?

ODPOWIEDŹ: Urządzenie będzie umieszczone w dygestorium i z niego zasilane gazem, a zatem wymagamy prostego manometru (zegar, wlot i wylot gazu) montowanego na przewodzie łączącym kruciec w dygestorium z ewaporatorem za pomocą szybkozłączek.