



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/11718/1552/13*

Wasze pismo z dnia: **Znak:** **Nasz znak:** **Data:**
DZ-2501/11718/1564/13 2013/06/10

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

Dotyczy zadania 1:

1. Proszę o doprecyzowanie, czy dokładność i precyzja dozowania wynosząca min 98 % w całym zakresie będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przyjmuje standardowe rozwiązania producentów bez określenia minimalnej dokładności i precyzji urządzenia.

2. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. dozowników reagentów, umożliwiających również dozowanie roztworu komórek bez rozbijania ścianek komórek?

ODPOWIEDŹ: NIE.

3. Proszę o informację czy wymagany jest system odzyskiwania odczynnika znajdującego się już przewodach z powrotem do butelki (opcja w skład, której wchodzi funkcja oprogramowania urządzenia oraz dodatkowa pompa), w sytuacji gdy nie ma miejsca jego pełne wykorzystanie podczas serii pomiarów? Opcja taka gwarantuje optymalne wykorzystanie niejednokrotnie drogich zestawów odczynnikowych służących do pomiarów oraz nie wymaga obecności tzw. waste płytki podczas funkcji prime. Dodatkowo wyklucza możliwość kontaminacji

ODPOWIEDŹ: NIE.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w system usuwania nadmiaru dozowanego odczynnika poprzez odprowadzenie go na zewnątrz urządzenia za pomocą specjalnie przygotowanego systemu? System zapobiega zalaniu elementów urządzenia znajdujących się pod uchwytem mocującym płytkę.

ODPOWIEDŹ: NIE.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl