

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad. 1 – LUMINOMETR – szt. 1
CPV: 38 50 00 00-0

Parametr	Opis wymagań dla parametru	Oferowane parametry
Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat.		
Typ urządzenia	nastołowe	
Czułość	< 1,5 amol ATP < 3 amol lucyferazy	
Zakres pomiarowy	> 6 rzędów wielkości	
Odczyt z płytek 96 i 384 dołkowych	wymagany	
2 dozowniki reagentów	wymagane	
Oprogramowanie	pozwalające na sterowanie urządzeniem oraz zbieranie i analizowanie danych z pomiarów	
Zasilanie	230V/50Hz	
Walidacja urządzenia	wymagana; dokumentacja	
Gwarancja	Gwarancja minimum 24 miesiące od daty uruchomienia	
Serwis	Serwis dostępny w Polsce Czas reakcji serwisu – 72 godziny od momentu zgłoszenia problemu	
Szkolenie	Szkolenie zawarte w cenie urządzenia, na miejscu, po instalacji i uruchomieniu urządzenia, jednodniowe dla 3 osób	

Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie końcowego użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

.....
data i podpis czytelny
lub parafa z pieczęcią imienną