



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/14761/1857/13*

Wasze pismo z dnia: **Znak:** **Nasz znak:** **Data:**
DZ-2501/14761/1903/13 2013/07/22

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika absorbancji w formie mikroplątek, który spełnia wszystkie wymagania SIWZ natomiast:

- Dokładność: 0,0 do 2,0 OD/492 nm lepiej niż +/- (1,5% +0,010 OD)
- Liniowość : 0,0 do 2,5 OD/ 492 nm lepiej niż +/- 2%
- Precyzja: 0,0 do 2,5 oD /492 nm lepiej niż +/- (L% + 0,005 oD)

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o ww. parametrach.