

Uczestnicy postępowania na napełnianie butli będących własnością Wykonawcy i dostawa gazów specjalnych do PIWet-PIB , znak sprawy DZ-2501/16382/1997/13

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DZ-2501/16382/2137/13

Data: 02.09.2013

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje , iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na napełnianie butli będących własnością Wykonawcy i dostawa gazów specjalnych do PIWet-PIB . Poniżej podano treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi :

1. Czy wiązki argonowe mogą być dostarczone środkiem transportu typu „ dłużyca” zaopatrzoną w wózek a nie windę? (gwarantujemy rozładunek wózkiem) **Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. Pytania do zał. nr 3:

a. Czy w poz. 5 Argon 6.0 Zamawiający dopuszcza argon o zanieczyszczeniu:

THC < 0.1 ppm

CO+CO₂< 0.1 ppm

H₂O < 0.02 ppm

O₂ < 0.01 ppm

N₂ < 1 ppm

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

b. Czy w poz. 6 Hel 6.0 Zamawiający dopuszcza hel o zanieczyszczeniu:

THC < 0.1 ppm

$\text{CO} + \text{CO}_2 < 0.5 \text{ ppm}$

$\text{H}_2\text{O} < 0.02 \text{ ppm}$

$\text{O}_2 < 0.01 \text{ ppm}$

$\text{N}_2 < 1 \text{ ppm}$

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

c. Czy w poz. 8 H2 6.0 Zamawiający dopuszcza wodór o zanieczyszczeniu:

$\text{O}_2 < 100 \text{ ppb}$

$\text{H}_2\text{O} < 20 \text{ ppb}$

$\text{THC} < 10 \text{ ppb}$

$\text{CO} + \text{CO}_2 < 0.5 \text{ ppm}$

$\text{N}_2 < 2 \text{ ppm}$

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

d. Czy w poz. 13 N2 6.0 Zamawiający dopuszcza azot o zanieczyszczeniu:

$\text{THC} < 0.1 \text{ ppm}$

$\text{CO} + \text{CO}_2 < 0.5 \text{ ppm}$

$\text{H}_2\text{O} < 0.02 \text{ ppm}$

$\text{O}_2 < 0.01 \text{ ppm}$

$\text{H}_2 < 1 \text{ ppm}$

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.

e. Czy w poz. 14 pow. synt. 5.0 Zamawiający dopuszcza powietrze o zanieczyszczeniu:

$\text{THC} < 0.2 \text{ ppm}$

$\text{CO} + \text{CO}_2 < 1 \text{ ppm}$

$\text{H}_2\text{O} < 3 \text{ ppm}$

Odpowiedź: tak.

f. Czy w poz. 15 wiązka argonowa 5.0 12 butli Zamawiający dopuszcza wiązkę 15 butli.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.