



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

## - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

*Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na  
Jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych  
DZ-2501/17473/2109/13*

**Wasze pismo z dnia:    Znak:    Nasz znak: DZ-2501/17473/2173/13    Data: 09/09/2013**

### **Wyjaśnienia nr 2** **Dot. przetargu DZ-2501/17473/2109/13**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 Pzp wpłynęły ze strony wykonawców następujące zapytania:

#### **Dot. zad. 12 poz. 1**

Prosimy o wyjaśnienie w ilu i jakich punktach ma być wywzorcowany termometr i czy ma być to laboratorium akredytowane?

**Odpowiedź:** Min. 2 punkty, max.4, koniecznie świadectwo wzorcowania, zakres temp. najważniejszy przedział: -30 - +30C.

#### **Pytanie 2 zad. 20 poz. 1,2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 podał prawidłowo numery katalogowe produktów? Producent nie oferuje produktów pod takimi numerami katalogowymi. Proszę o podanie dla jakiego typu i pojemności pipet mają być zastosowane uszczelki.

**Odpowiedź:** Wg. Zamawiającego numery się zgadzają. Materiały mają mieć zastosowanie dla: GILSON PIPETMAN P20 EE87370 2-10 mikrolitrów

### **Modyfikacja nr 3** **Dot. przetargu DZ-2501/17473/2109/13**

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje, iż została wprowadzona następująca zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Nowy termin składania ofert – 12.09.2013 r. godz. 10.00.**

**Otwarcie ofert nastąpi – 12.09.2013 r. godz. 10.30.**

Al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
sekretariat@piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever,  
Enzootic bovine leucosis,  
Porcine reproductive and respiratory syndrome