PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw.

Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/20970/2382/13

Wasze pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		DZ-2501/20970/2456/13	2013/10/18

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 ustawy PZP, wpłynęły ze strony Wykonawców następujące pytania:

Pytanie 1:
Dot. zadania 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach szer x gł x wys : 706 x 706 x 456 mm?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 2:
Dot. zadania 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 141 kg?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 3:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o długości drogi optycznej w granicach: 0.5mm i 1mm?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 4:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o długości fali w granicach: 200-850nm?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 5:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z rozdzielczością widmową: <1,3 nm?
ODPOWIEDŹ: TAK.
Pytanie 6:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z precyzją pomiaru absorbancji: 0,003?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 7:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z zakresem absorbancji w granicach: 0,04-200 Abs?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 8:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z zakresem pomiaru stężenia dsDNA: 2-10000ng/ µl?
ODPOWIEDŹ: NIE.
Pytanie 9:
Dot. zadania 5
Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z czasem całego cyklu pomiarowego: <9 sekund?
ODPOWIEDŹ: NIE.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl