



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw.

*Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
znak sprawy: DZ-2501/20970/2382/13*

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
DZ-2501/20970/2469/13 2013/10/22

WYJAŚNIENIA NR 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że na podstawie art. 38 ustawy PZP, wpłynęły ze strony Wykonawców następujące pytania:

Pytanie 1:

Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru o długości drogi optycznej 0,2 – 1mm (regulowanej)?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Pytanie 2:

Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie spektrofotometru o zakresie dł. fali 200-850 nm?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Pytanie 3:

Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr o zakresie absorbancji 0,01 100(dsDNA)?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Pytanie 4:

Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na spektrofotometr mogący mierzyć stężenie maksymalnie 5000 ng/ μ l (dsDNA)?

ODPOWIEDŹ: NIE.

Pytanie 5:

Dot. zadania 5

Czy Zamawiający zgodzi się na czas pomiaru urządzenia <8s?

ODPOWIEDŹ: TAK.