

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zad. 1 – Cieplarka do hodowli mikroorganizmów, 1szt.

CPV: 38 00 00 00-5

Parametr	Opis wymagań dla parametru	Oferowane parametry
Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat., rok produkcji		
Pojemność	nie mniej niż 100L	
Zakres temperatury	od +4 do +100 °C	
Liczba półek	2 lub więcej	
Model/tryb	wymuszony obieg powietrza	
Materiał wewnętrzny	wnętrze cieplarki i półki ze stali nierdzewnej	
Wysokość zewnętrzna	nie więcej niż 800 mm	
Szerokość zewnętrzna	nie więcej niż 800 mm	
Odchylenia temperatury przy 37°C	± 0,2°C	
Zasilanie	230V, 50/60 Hz	
Certyfikat kalibracji fabrycznej	dostawa z certyfikatem kalibracji fabrycznej dla 4°C; 20°C; 25°C; 30°C; 35°C; 37°C; 41,5°C; 44°C	
Szkolenie	Wymagane	
Gwarancja	Gwarancja 12 miesiące od daty uruchomienia	
Serwis	Serwis na terenie Polski, należy podać lokalizację Czas reakcji serwisu - do 48 godzin	
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi. Jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Dopuszcza się instrukcję w języku angielskim.	

.....  
data i podpis czytelny  
lub parafa z pieczęcią imienną

**Zad. 2 – Cieplarka do hodowli mikroorganizmów, 1szt.**

**CPV: 38 00 00 00-5**

Parametr	Opis wymagań dla parametru	Oferowane parametry
Oferowane urządzenie: należy podać producenta, model, nr kat., rok produkcji		
Pojemność	nie mniej niż 100L	
Zakres temperatury	od <b>+20 do +70 °C</b>	
Liczba półek	2 lub więcej	
Model/tryb	wymuszony obieg powietrza	
Materiał wewnętrzny	wnętrze cieplarki i półki ze stali nierdzewnej	
Wysokość zewnętrzna	nie więcej niż 800 mm	
Szerokość zewnętrzna	nie więcej niż 800 mm	
Odchylenia temperatury przy 37°C	± 0,2°C	
Zasilanie	230V, 50/60 Hz	
Certyfikat kalibracji fabrycznej	dostawa z certyfikatem kalibracji fabrycznej dla 20°C; 25°C; 30°C; 35°C; 37°C; 41,5°C; 44°C	
Szkolenie	Wymagane	
Gwarancja	Gwarancja 12 miesiące od daty uruchomienia	
Serwis	Serwis na terenie Polski, należy podać lokalizację Czas reakcji serwisu - do 48 godzin	
Instrukcja obsługi	Instrukcja obsługi. Jedna kopia kompletu instrukcji w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Dopuszcza się instrukcję w języku angielskim.	

.....  
data i podpis czytelny  
lub parafa z pieczęcią imienną