

Uczestnicy postępowania na sukcesywną dostawę materiałów pomocniczych w 2014 roku – znak sprawy: DZ-2501/23/14/1

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/23/14/30

Data:
2014.03.11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3

Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów pomocniczych w 2014 roku:

Zadanie nr 11.10.10

Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty – 52012,45 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych

Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:

1. AKOR Laboratories sp. z o.o., ul. Bpa. K. Dominika 5b/14, 80-041 Gdańsk. Cena brutto – 44548,63 zł
2. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena – 52012,45 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 129475,05 zł.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy AKOR Laboratories Sp. z o.o. ze względu na niezgodność z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach pozycji nr 5, o nr kat. **157300** nie może zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowana przez Wykonawcę folia optyczna nie jest dopasowana do płytek 96-dołkowych, wymaga docięcia. Ponadto produkt oryginalny posiada „skrzydełka” folii, umożliwiające dokładne umieszczenie folii na płytce 96-dołkowej przed jej przyklejeniem, które następnie są odrywane po włożeniu płytki do aparatu. Producent aparatu zaleca aby nie dotykać palcami powierzchni folii, która będzie na płytce. „Skrzydełka” oryginalnej folii umożliwiają zastosowanie się do tego zalecenia. Nie jest natomiast możliwe przycięcie folii na wymiar 96-dołkowej płytki bez dotykania jej powierzchni. Z tego też względu Zamawiający nie może zaakceptować oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego.

Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1.

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.