

*Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych znak sprawy: DZ-2501/242/14/1*

**Wasze pismo z dnia:**      **Znak:**      **Nasz znak:**      **Data:**  
                               DZ-2501/242/14/21      2014.08.20

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ NR 3**

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych w zakresie:

#### **Zadania nr 8:**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 8, ponieważ oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 2459,14 zł., natomiast najniższa cena oferty to 3194,06 zł.

#### **Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:**

1. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 1868,51 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3194,06 zł.

#### **Oferty odrzucone:**

1. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 1868,51 zł.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Symbios Sp. z o.o. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr kat. **Thermo Scientific OWL/B2** nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowana komora nie jest kompatybilna z posiadanymi w Zakładzie Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego PIWet-PIB komorami do elektroforezy oraz akcesoriami do nich. Standardowo używane żele mają wymiary 15x10 cm, natomiast zaoferowana komora mieści żele o wymiarach 14x12 cm. Z tego względu byłaby to jedyna komora o innych wymiarach, w związku z czym nie byłoby możliwe stosowanie zamiennych akcesoriów niezbędnych podczas przeprowadzania elektroforezy.

#### **Zadania nr 25:**

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 25, ponieważ oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez Zamawiającego to 638,37 zł., natomiast najniższa cena oferty to 859,77 zł.

#### **Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:**

1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 586,71 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 859,77 zł.

#### **Oferty odrzucone:**

1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 586,71 zł.

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Produkt równoważny, zaproponowany przez Wykonawcę, o nr kat. **E3598-02** nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowany zestaw posiada zbyt małą pojemność minikolumn 30 mg, podczas gdy do wiarygodnych wyników badań obejmujących izolację RNA w Zakładzie Chorób Pszczół PIWet-PIB konieczne jest izolowanie RNA z odpowiedniej ilości pszczół (>30mg). Dodatkowo do wykonania izolacji powyższym zestawem wymagany jest zakup drogiego odczynnika:  $\beta$ -merkaptoetanol, którego Zakład nie posiada i nie miał zaplanowanego w programie rocznym. Ponadto część próbek w ramach Programu wieloletniego (W/242) już przebadano i koniecznym jest wykonanie wszystkich próbek używając tego samego zestawu do izolacji RNA, ponieważ ma to wpływ na jakość, wiarygodność i powtarzalność wyników.

### ***Środki ochrony prawnej***

*Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.*