



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania
na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych do PIWet-PIB w Puławach*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/215/16/5

Data:
2016.07.21

Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/215/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg katalogu AXYGEN

Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Cena netto oferty: 324,30 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.

Termin udzielenia zamówienia: 22.07.2016 r.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

1. Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 364,80 zł
2. CytoGen-Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz
Cena netto oferty: 385,79 zł
3. Labstore Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto oferty: 483,00 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 490,00 zł
5. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 794,00 zł

Oferty odrzucone:

1. GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin
Cena netto oferty: 215,00 zł

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy GenoPlast z uwagi na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w treści zaproszenia do składania ofert. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany, gdyż nie spełnia on wymagań Zamawiającego. Oferowane próbki wirówkowe testowane były w laboratoriach Zamawiającego – otwierają się podczas pracy, a po autoklawowaniu są zbyt elastyczne co doprowadza do konieczności powtórzenia prowadzonych reakcji, a tym samym wydłużają czas i koszty prowadzonych analiz.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
<http://www.piwet.pulawy.pl>

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

2. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia11/F8, 80-755 Gdańsk

Cena netto oferty: 232,90 zł

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast z uwagi na niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w treści zaproszenia do składania ofert. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany, gdyż nie spełnia on wymagań Zamawiającego. Oferowane próbki wirówkowe testowane były w laboratoriach Zamawiającego – podczas wirowania z zamkniętymi wieczkami otwierają się, a podczas procedur wymagających wirowania z otwartym wiekiem – wieka urywały się, co uniemożliwiało kontynuację badań.

D Y R E K T O R

dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego