

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych
i odczynników laboratoryjnych,
znak sprawy: DZ-2501/270/17*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/270/17/64

Data:
2017.11.22

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 29

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez firmę: Qialab Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa.

Punktacja przyznana ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert oraz łączna punktacja:

Wykonawca	Cena	Termin dostawy	Termin płatności	Punktacja łączna
Qialab Sp. z o.o. ul. Kątna 17 00-703 Warszawa	80,00 pkt.	5,71 pkt.	10,00 pkt.	95,71 pkt.
Bionovo A. Ludwig ul. Nowodworska 7 59-220 Legnica	57,68 pkt.	10,00 pkt.	10,00 pkt.	77,68 pkt.
EurX Sp. z o.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk	Oferta odrzucona			

Informacja o ofertach odrzuconych:

1) Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EurX Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdansk ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl



OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever

Uzasadnienie prawne:

Treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:

Zaoferowany w pozycji 1 zadania nr 29 produkt, o nr kat. E2715-02P, nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, a co za tym idzie nie jest równoważny w stosunku do produktu wzorcowego.

Produkt był przedmiotem sprawdzania jego równoważności w badaniu laboratoryjnym przez użytkownika. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że w wyniku zastosowania produktu równoważnego brak jest reakcji dodatnich w badaniu PCR dla większości próbek kontrolnych dodatnich.


Brak wykluczonych wykonawców.

Brak wykonawców wykluczonych

Brak wykluczonych wykonawców.

Brak wykonawców wykluczonych

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych


mgr inż. Barbara Kotelba