



# PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy  
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe  
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

**DYREKTOR**  
**dr hab. Krzysztof Niemczuk**  
**profesor nadzwyczajny**

*Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę  
wirówki laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach  
Znak sprawy: DZ-2501/86/17*

**Wasze pismo z dnia: Znak:**

**Nasz znak:**

DZ-2501/86/17/3

**Data:**

2017.03.20

## WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 1

upublicznione na następującej stronie: [www.piwet.pulawy.pl](http://www.piwet.pulawy.pl) oraz [www.piwet.pulawy.pl/bip](http://www.piwet.pulawy.pl/bip)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/86/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę wirówki laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

### Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo zakres temperatury pracy wirówki od +5 do +40 st. C?

Odpowiedź: TAK.

### Pytanie nr 2:

Czy dopuszczają Państwo ustawianie czasu w zakresie od 30 s do 999 minut z dodatkową funkcją krótkotrwałego wirowania uruchamianą oddzielnym przyciskiem (od 1 sekundy)?

Odpowiedź: TAK.

### Pytanie nr 3:

Czy dopuszczają Państwo gniazdo rotora ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, spełniające europejskie normy bezpieczeństwa dla wirówek?

Odpowiedź: TAK.

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego

al. Partyzantów 57  
24-100 Puławy  
tel. +48 81 889 32 65  
faks +48 81 887 71 00  
sekretariat@piwet.pulawy.pl  
<http://www.piwet.pulawy.pl>



OIE Reference Laboratory for  
Classical swine fever  
Enzootic bovine leucosis  
Porcine reproductive and respiratory syndrome  
Q fever