



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę
wirówki laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach
Znak sprawy: DZ-2501/86/17*

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:

DZ-2501/86/17/5

Data:

2017.03.21

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 2

upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl oraz www.piwet.pulawy.pl/bip

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/86/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę wirówki laboratoryjnej do PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie wirówki laboratoryjnej nie wyposażonej w automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania (funkcja ta nie ma wpływu na sam proces wirowania) spełniającą wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej?

Odpowiedź: TAK.

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego