



PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



Krajowy Naukowy
Ośrodek Wiodący

Konsorcjum Naukowe
„Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”

DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

*Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę
Wirówki laboratoryjnej
Znak sprawy: DZ-2501/183/17*

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:
DZ-2501/183/17/2

Data:
2017.06.26

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych wykonawców.

Poniżej przekazujemy treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

1. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki osiągającej maksymalną prędkość 14500 rpm spełniająca pozostałe parametry techniczne i eksploatacyjne urządzenia? **Odpowiedź:** Tak wyrażamy zgodę na max prędkość 14500 rpm.
2. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wirówki o rozmiarach 270x355 x 435 mm (jeden wymia nieznacznie przekracza parametr, dwa pozostałe są poniżej), która przy wirniku na próbówce 24x1,5/2,0 ml osiąga maksymalnie 21157 x g, spełniająca pozostałe parametry techniczne. **Odpowiedź:** Zgadza się na proponowany wymiar, lecz jest to maksymalny wymiar, na który wyraża zgodę użytkownik. Parametru RCF zamawiający nie podaje w opisie przedmiotu zamówienia.

