

*Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę wirówki
na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/183/17*

Załącznik nr 1

CZEŚĆ 1: WIRÓWKA – szt. 1

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Nazwa urządzenia: Model, typ urządzenia, nr katalogowy	
Producent: Pełna nazwa, adres, strona www	

A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPLOATACYJNE URZĄDZENIA

Parametr	Opis parametru	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)
Rotor kątowy	24x1,5/2 ml eppendorf.	
Max. speed	14,800 rpm	
Poziom hałasu	Max 60 dbA	
Parametry elektryczne	230V	
Gwarancja	2 lata	
Max rozmiar	30x30x45	
Dodatkowe wymagania	Urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji 2016 lub 2017	

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

*Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
 Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę wirówki
 na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach”.
 Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/183/17*

Załącznik nr 1

Lp.	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)
1	Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń	
2	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	
3	Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail)	
4	Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do 48 godz.	
5	Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 21 dni	
6	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3	
7	Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany	
8	Okres dostępności części zamiennych co najmniej 10 lat od upływu gwarancji urządzenia	

C. SZKOLENIA

Lp.	Szkozenia
1	Szkolenie w miejscu instalacji z zakresu obsługi

D. POZOSTAŁE WYMAGANIA

Lp.	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1	Znak CE

*Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę wirówki
na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/183/17*

Załącznik nr 1

	Instrukcja w języku polskim	
--	-----------------------------	--

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.