

*Uczestnicy postępowania przetargowego
na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
znak sprawy: DZ-2501/135/17*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/135/17/69

Data:
2017.08.14

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 5 w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 24

Wybrano ofertę nr 4, Wykonawcy – **ALCHEM Grupa Sp. z o.o.** – który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert	Przyznana punktacja	Łączna punktacja
4	ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21 87-100 Toruń	Cena	90	100
		Termin dostawy	10	
16	ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Międzyborska 23 04-041 Warszawa	OFERTA ODRZUCONA		

Brak wykluczonych Wykonawców.

Informacja o ofertach odrzuconych:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę – ANCHEM Sp. z o.o. Sp. k. – z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w zakresie zadania nr 24.

Produkty równoważne, oferowane przez ww. Wykonawcę zostały wypróbowane przez Zakład Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB i nie nadają się do użycia w badaniach monitoringowych prowadzonych przez Zamawiającego. Użycie ich na etapie przygotowania próbki powoduje powstawanie kryształów soli w elektrodzie, co prowadzi do braku drożności i szybszego jej zużycia. Powstałe kryształy przyczyniają się do zabrudzenia optyki jonowej spektrometru mas, co uniemożliwia analizę instrumentalną. Z tego powodu Zamawiający nie może zaakceptować oferty ww. Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o środkach ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.