

Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych,
znak sprawy DZ-2501/211/17

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: DZ-2501/211/17/37

Data: 11.09.2017

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 7 w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych, odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej oraz szkła laboratoryjnego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 10

Wygrała oferta nr 19 Wykonawcy – Life Technologies Polska Sp. z o.o, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Kryteria oceny ofert	Przyznana punktacja	Łączna punktacja
19	Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa	Cena-80 Termin dostawy- 8 Termin płatności -10		98

13	BIONOVO, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica	Cena- 73,29 Termin dostawy-10 Termin płatności – 10	92,29
2	EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, Gdańsk	OFERTA ODRZUCONA	

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o ofertach odrzuconych na zadanie nr 10

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez wykonawcę- Eurx Sp. z o.o siedzibą w Gdańsku. Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie jest równoważny w stosunku do wymaganego w specyfikacji. Po przetestowaniu otrzymanej próbki , stwierdzono, że oferowany produkt nie daje oczekiwanych wyników. Wielkość otrzymanych produktów dla wirusa IPN, nie spełnia wymagań. Produkt powinien mieć wielkość 224 bp, pojawiły się 2 prążki. Pojawienie się niespecyficznych produktów wymaga optymalizacji reakcji, co jest niemożliwe z uwagi na brak soli Mg w zestawie .

Z uwagi na powyższe oferta ta podlega odrzuceniu.

Informacja o środkach ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.