

*Uczestnicy postępowania na dostawę woltomierza
znak spraw: DZ-2501/90/18*

Wasze pismo z dnia: **Znak:**

Nasz znak:
DZ-2501/90/18/2

Data:
2017/03/19

Modyfikacja i wyjaśnienia - nr 1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że wpłynęło pytanie od Wykonawcy, poniżej jego treść i odpowiedź:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach podanych poniżej:

| Parametr | Opis wymaganego parametru | Proponowana zmiana |
|-----------------|--|--------------------------------|
| Wymiary i waga | 18,5 x 10,8 x 5,8 cm 1,4 kg | 18,4 x 10,8 x 5,8 cm 1,4 kg |
| Ogólne | Wymagania dotyczące zasilania - DC 9–12V/10W Rozmiary/masa - 204 x 174 x 74 mm, 890 g (±5%) Wyświetlacz - TFT Poziom ochrony - IP54 | brak wymagań w tym zakresie |

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taką zmianę.