

wykonany z Trespy, nadstawka nablutowa składająca się z dwóch półek na całej szerokości blatu i wyposażona w 8 gniazdek elektrycznych, korpus w tym półki wykonane z Trespy; całość odporna na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, Virkon, stężone kwasy i ługi, promieniowanie UV. [sztuk 1]

6. Szafka laboratoryjna wisząca, przeszklone drzwi, szer. 90 cm, ostateczna liczba do ustalenia po wykonaniu pomiarów, łączna długość szafek wiszących około 360 cm i 100 cm, korpus wykonany z Trespy, **front wykonany z Trespy i szkła (front musi być przeszklony – szkło musi być osadzone w płycie z Trespy, zamawiający nie chce frontów w całości wykonanych ze szkła)**, odporna na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, Virkon, stężone kwasy i ługi, promieniowanie UV. [sztuk 5]
7. **Komplet** półek laboratoryjnych naściennych, ~~ostateczna liczba do ustalenia po wykonaniu pomiarów~~, **jedna** półka o długości 360 cm i **jedna** półka o długości 100 cm, wykonane z Trespy, **półki mogą być wykonane z większej liczby płyt niż jedna**, odporne na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, Virkon, stężone kwasy i ługi, promieniowanie UV. [sztuk 1]
8. Stojak na aparaturę, wymiary do ustalenia z wykonawcą, wykonany z Trespy, odporny na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, Virkon, stężone kwasy i ługi, promieniowanie UV. [sztuk 2]
Przybliżone wymiary: Jeden stojak na aparaturę ma zmieścić inkubator do hodowli komórkowych i nad nim suszarkę, oba sprzęty o wymiarach około 63cm/63cm/85cm, drugi stojak ma zmieścić wirówkę o wymiarach około 65cm/65cm/40cm; powinien być na kółkach i razem z wirówką mieścić się pod blatem stołu.
9. Stół laboratoryjny przyścienny 90 cm/75 cm (szer/gł), stelaż typu "C", blat wykonany z Trespy, zabezpieczony listwą przyścienną wykonaną z Trespy (wysokość około 5 cm) ściętą pod kątem 45 stopni, odporny na regularną dekontaminację nadtlenkiem wodoru, na środki typu podchloryn, Virkon, stężone kwasy i ługi, promieniowanie UV. [sztuk 1]

Materiały z których wykonane będą meble muszą spełniać wymogi laboratorium PCL 3.

UWAGA! Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, obejmującej pomiar i prezentację próbnika kolorów. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Magdaleną Wasiak – nr tel. 81 889 30 83 lub Panią Anną Kycko – nr tel. 81 889 30 83, 81 889 30 96.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia – Termin wykonania zamówienia – do 4 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Zamówienie będzie wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Płatność – 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Okres gwarancji: co najmniej 24 m-ce.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy:

1. oferta wykonawcy wraz z informacją o terminie realizacji i o okresie gwarancji,
2. fotografie, prospekty, rysunki, karty katalogowe lub inne dokumenty dotyczące parametrów oferowanego wyposażenia.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- c) zdolności technicznej lub zawodowej

Osoby do kontaktu:

Anna Kasprzak – tel. 081/889 32 28, adres e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
przetargi@piwet.pulawy.pl

Warunki i zasady realizacji zamówienia:

1. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
 - a) niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty,
 - b) w ofercie Wykonawcy,
2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

- cena – 100%

Ustalona wartość musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia i umową. Ceny muszą być podane w złotych polskich i nie mogą podlegać zmianie w okresie obowiązywania umowy. Cena podana w formularzu oferty stanowić będzie podstawę oceny ofert w kryterium cena.

Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.

Okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty/unieważnienie postępowania:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.
- zaistnieją inne okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:

- nie zostanie złożona żadna oferta.
- wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone.
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- postępowanie obarczone jest błędem.

Ofertę należy przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

lub złożyć osobiście w kancelarii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, adres jak wyżej.

Ofertę proszę złożyć w zamkniętej kopercie.

Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę mebli laboratoryjnych”.

Termin składania ofert – do dnia 21.03.2018 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia **21.03.2018 r. o godzinie 11.15** w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Puławach przy ul. Partyzantów 57, w sali konferencyjnej.

Otwarcie ofert jest jawne.

Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.